



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Dział Zamówień Publicznych

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54,

tel./fax. (82) 564 04 56

NIP 563-207-76-08, REGON 110607010

K-ZP.251.24.2020

Chełm, dnia 04 czerwca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: **Zakup detektorów żył dla studentów realizujących praktyki obowiązkowe organizowane w ramach Projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo- II edycja”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 tygodni do 4 tygodni?

W przypadku większości oferentów taka ilość urządzeń wymagać będzie sprowadzenia ich od zagranicznych dostawców co wiąże się z procedurami celnymi. Ponadto łańcuchy dostaw z powodu pandemii bywają zakłócone, jest to kompletnie niezależną od nas kwestią. W takim przypadku okres 2 tygodni może nie być wystarczający.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę by dostarczone urządzenia posiadały funkcję umożliwiającą pobieranie energii potrzebnej do pracy z gniazda sieciowego?

Rozwiązanie takie nie będzie generowało kosztów zakupu baterii po stronie studentów podczas praktyk.

3. Czy zamawiający w związku z sytuacją epidemiologiczną wyrazi zgodę na dostawę urządzeń i przekazanie sobie dokumentów (np. protokołów) za pośrednictwem firmy kurierskiej. Firma kurierska ograniczy się jedynie do wniesienia urządzeń do budynku. Uzupełnienie dokumentacji odbędzie się niezależnie.

4. Niezależnie od powyższego, w związku z relatywnie krótkim terminem na dostosowanie oferty po udzieleniu odpowiedzi na zapytania (de facto oferty będą musiały zostać nadane nie później niż w dniu 5.06.2020), zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o racjonalny acz niezbędny okres tj. o 2 dni.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Ad. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy z 2 tygodni do 4 tygodni.

Ad. 2.

Zamawiający nie wyraża zgody by dostarczone urządzenia posiadały funkcję umożliwiającą pobieranie energii potrzebnej do pracy z gniazda sieciowego.

Ad. 3.

Zamawiający w związku z sytuacją epidemiologiczną wyraża zgodę na dostawę urządzeń i przekazanie sobie dokumentów (np. protokołów) za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Ad.4.

Zamawiający wyraża zgodę o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni na dzień 10.06.2020r.