

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostarczone wyposażenie i sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany najpóźniej w 2019 r), nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, nie pochodzący z ekspozycji.
2. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do obiektu MCSM PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które Wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla każdego urządzenia, warunków jego eksploatacji, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw bezpieczeństwa w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- 6. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w ilości 24 miesięcy.**
7. Dostawa i montaż, uruchomienie i szkolenie odbędą się w MCSM PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
8. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kurierskich lub pocztowych bez udziału Wykonawcy.

K-ZP.251.B.07.2021

Załącznik nr 1

## Minimalne wytyczne funkcjonalno-jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

### DEFIBRYLATOR MANUALNY Z FUNKCJĄ AED – 1 szt.

Oferowany model/typ .....

Lp.	Opis wymagań	Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE <sup>1</sup>
1.	Defibrylacja ręczna	
2.	Kardiowersja	
3.	EKG/Resp	
4.	Rejestrator termiczny	
5.	AED	
6.	Energia 1-300 J	
7.	Ekran: kolorowy LCD TFT 6.5 cala	
8.	Zasilanie: sieciowe 230V i akumulatorowe na min. 90 minut pracy	
9.	Pamięć wszystkich zdarzeń i trendów oraz wybranych krzywych dynamicznych	
10.	Wyposażenie: łyżki dla dzieci i dorosłych, kabel EKG 3-żyłowy, 2 rolki papieru termicznego, żel, elektrody do AED	

..... dnia .....

.....  
/Podpis Wykonawcy/

<sup>1</sup> Należy podać czy oferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymaganą funkcjonalność/parametr.