



K-ZP.251.B.29.2021

Chełm, 06 kwietnia 2021 r.

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zamówienia na dostawę symulatora do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pt. „**Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo**”, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy respiratora

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator transportowy bez trybu BiLVL, z trybem IPPV (inna nazwa trybu A/C), z funkcją potwierdzenia zmiany parametrów oddechowych zamiast funkcji blokady przycisków, respirator spełnia pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie na zasadzie równoważności.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje żeby respirator miał możliwość pracy z butlami na powietrze, w związku z tym zamiast butli O<sub>2</sub> i reduktora tlenowego dostarczony został osprzęt umożliwiający zasilanie respiratora powietrzem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje, żeby wyświetlacz w dostarczonym respiratorze posiadał przekątną co najmniej 5 cali, co umożliwi łatwiejszą obsługę i kontrolę ustawień respiratora?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa wymiaru ekranu.

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wydłuży termin realizacji z 2 do 4 tygodni od podpisania umowy? Sytuacja związana z COVID-19 wpływa niekorzystnie na produkcję oraz czas oczekiwania na transport sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiającemu zależy na jak najszybszej dostawie respiratora. W przypadku opóźnień w dostawie w związku z sytuacją związaną z COVID-19 możliwa będzie zmiana umowy w formie aneksu.